



检 验 报 告

TEST REPORT



第 1 页，共 4 页

报告编号：WT204069583

委托单位：深圳市鑫和弘科技有限公司
委托单位地址：深圳市龙华区龙华街道建辉路121号信伟大厦1楼101房
样品名称：医用口罩鼻梁条
型号/规格/等级：-----
检验类别：送样检验
检验地点：龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人：邓海英 叶秀玲

签发日期：2020年08月14日

签名：_____



检验报告

报告编号: WT204069583

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 医用口罩鼻梁条

商标: 比挺

型号/规格/等级: -----

样品编/批号: 202007290001

生产日期: -----

生产单位: -----

生产单位地址: -----

样品数量: 1组

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常。

客户信息:

委托单位: 深圳市鑫和弘科技有限公司

委托单位地址: 深圳市龙华区龙华街道建辉路121号信伟大厦1楼101房

委托单位电话: 15999619858

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2020年07月31日

委托单号: 8246919

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2020年07月31日 至 2020年08月11日

检验环境条件: (18~25) °C (30~70) %RH

判定依据: Q/SZXHH 1-2020(公开: 2020年08月13日20点21分)

检测依据: 见附页

检验结论:

检验结果见附页。

林彬

吴燕蕙

杨珂

刘斌

主检: _____

审核: _____



检 验 报 告

报告编号：WT204069583

第 3 页，共 4 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 可塑性 (Q/SZXHH 1-2020)	Q/SZXHH 1-2020	鼻梁条在5.3试验后形状应无回弹。	符合	符合
2. 耐折性 (Q/SZXHH 1-2020)	Q/SZXHH 1-2020	鼻梁条在5.4试验后应不 断裂。	符合	符合
3. 卫生指标 (Q/SZXHH 1-2020)	GB 15979-2002			符合
大肠菌群		不得检出	未检出	
绿脓杆菌		不得检出	未检出	
金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出	
溶血性链球菌		不得检出	未检出	
真菌菌落总数 (CFU/g)		≤100	8	
细菌菌落总数 (CFU/g)		≤200	<4	



检 验 报 告

报告编号: WT204069583

第 4 页, 共 4 页



以下空白